調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	６５２５－２８６－８１８１－５	仕　様　書　番　号	
Ｘ線照射装置，野外医療用		ＧＭ－Ｔ１０７０２９Ｃ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成２０年　9月１０日
		変　更	平成２２年　7月２３日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する移動式汎用一体型Ｘ線診断装置（以下，“本品”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＭ－Ｔ１０７０２８　　Ｘ線画像記録装置，野外医療用

c)　**法令等**

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）

薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号）

2　製品に関する要求

2.1　製造承認等

製造承認等は，次による。

a)　“薬事法”によって，医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。

b)　医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は，“薬事法施行規則”によって，医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているもの，又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

2.2 構成

構成は，**表1**による。

表1ー構成

番号	名称	数量[a)]	規格等
1	X線照射装置本体	1	―
2	X線防護衣（エプロンタイプ）	1	鉛当量０．３５ ｍｍｐｂ ﾜﾝﾀｯﾁ式 ｻｲｽﾞ Ｌ
注[a)] 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。			

2.3 材料・加工方法

材料及び加工方法は，製造会社の定めた仕様及び規格による。

2.4 構造・形状・寸法・性能

構造，形状，寸法及び性能は，次によるほか，製造会社の定めた仕様及び規格による。

a) 本品は，シェルタの輸送時において強固に固定でき，かつ，取り外し容易な構造を有するものとする。

b) 本品は，移動式とし，前後移動及び旋回が可能であるものとする。

c) 本品は，X線発生，操作制御，アーム，台車等の各部を一体型とした構造とする。

d) ＡＣ電源及びバッテリ電源のいずれにおいてもX線照射が行えるものとし，バッテリ動作においては，フル充電で３００回以上（８０ ｋＶ／２ ｍＡｓでX線照射時）撮影が可能であるものとする。

e) バッテリ残量を表示することができるものとし，また，電源ＯＮ状態で放置した場合に警告する機能を有するものとする。

f) リモコンを有し，離れた場所からX線照射が可能であるものとする。

g) X線制御方式は，インバータ方式であるものとする。

h) 最高管電圧１１０ ｋV以上，管電流時間設定値０．３ ｍＡｓ以下～１００ ｍＡｓ以上で最大管電流６０ ｍA以上であるのもとする。

i) “X線画像記録装置，野外医療用”の画像検出器と連動してX線照射を行う機能を有し，ＤＲ撮影が可能であるものとする。

j) X線管焦点は，１．５ ｍｍ以内であるものとする。

k) シェルタへの搭載性を考慮し，収納時の外形寸法は，Ｗ６００ ｍｍ×Ｈ１ ５００ ｍｍ×Ｄ９００ ｍｍ以下であるものとする。

l) アーム方式は上下・左右・前後に可動できる方式であり，支柱の回転範囲が９０° 以上であるものとする。

m) 本体の質量は，２００ ｋｇ以下とする。

2.5 外観

外観は，きず，汚れ等がなく，仕上げが良好なものとする。

2.6 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.1による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

5　その他の指示

5.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造会社の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

5.2　納入書類

5.2.1　添付書類

添付書類は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**による。

表2－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書（日本語版）	２部	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第１種）[a)]		GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第１種）[a)]		GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
注[a)]　整備資料及び部品表は，取扱説明書と合冊することができる。		

5.2.2　提出書類

提出書類は，**表3**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表3－提出書類

名称	数量	時期	提出先	注記
取扱説明書（日本語版）	１部	納入時	陸上自衛隊 補給統制本部 衛生部	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第１種）[a)]				GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第１種）[a)]				GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
外観写真	１組			４方写し，サービス版
注[a)]　整備資料及び部品表は，取扱説明書と合冊することができる。				

5.3　その他

契約の相手方は，“シェルタ，野外手術システム用”の契約者と細部調整を行うものとする。